

**【質問】**ジェヌエア(吸入器)のカウンターが「0」になりました。まだ吸入できますか？

**【回答】**

ボタンを押した時にカウンターの中央に「0」が表示された場合には、最後の1回分の吸入は可能です。ただし、「ボタン」が押されたままの状態でもロックされ、完全には戻らなくなりますので、その後の吸入はできません。

「ボタン」がロックされた状態



出典：患者用説明文書