

【質問】カウンターが0になった後も、吸入できますか？

【回答】

カウンターが0になったら、使用をやめるよう指導してください。

0になってもアルミ缶を押すことができ、薬剤が噴霧されますが、適正な量のお薬を吸入することはできません。

〈解説〉

フルティフォームでは、カウンターが0になった後の品質は確保されていません。1噴霧中の主薬量が減量する可能性がありますので、使用しないよう指導してください。

出典：申請資料概要