

## Question



カウンターが「0」になった後も、吸入できますか？

## Answer

本剤（フルティフォーム<sup>®</sup>）のカウンター中央の表示が「0」になった場合は、使用を止めるように指導してください。

添付文書の薬剤交付時の注意、吸入前の記載は、以下のとおりです。

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤交付時の注意

##### 14.1.1 吸入前

- (1) 本剤の投与にあたって、吸入器の操作法、吸入法等を十分に説明すること。
- (2) エアゾール剤の噴霧と吸入の同調が難しいと考えられる患者にはスパーサー（吸入用補助器）を使用させることが望ましい。

### 【解説】

本剤は、カウンターが0になってもアルミ缶を押すことができるが、カウンターが0になった後の1回噴霧量に関する品質は確保されていない。

- 
- ・患者用説明文書（フルティフォーム<sup>®</sup>を使用される患者の皆様へ）
  - ・添付文書（14.1.1 項）〔2021年11月改訂（第4版）〕