

Question

容器の色の違いは？



Answer





本剤（フルティフォーム[®]）の吸入器本体のラベル文字の色とアルミ缶のラベル帯の色の違いは、製剤に含まれるフルチカゾンプロピオン酸エステル（ステロイド剤）の含量の違いを表しています。

水色は、フルティフォーム[®]50 エアゾールで、フルチカゾンプロピオン酸エステルが 1 回噴霧中に 50 μ g 含まれます。



一方、ピンク色は、フルティフォーム[®]125 エアゾールで、フルチカゾンプロピオン酸エステルが 1 回噴霧中に 125 μ g 含まれます。

なお、56 吸入用と 120 吸入用の違いはラベルに記載の吸入回数で区別できます。

56 吸入用

販売名	フルティフォーム [®] 50 エアゾール 56 吸入用	フルティフォーム [®] 125 エアゾール 56 吸入用
1 回噴霧量 (容器内で量り取られる量)	フルチカゾンプロピオン酸エステル	
	50 μ g	125 μ g
	ホルモテロールフマル酸塩水和物	
	5 μ g	5 μ g
外観	表示：水色  	表示：ピンク色  

120 吸入用

販売名	フルティフォーム®50 エアゾール 120 吸入用	フルティフォーム®125 エアゾール 120 吸入用
1 回噴霧量 (容器内で量り取ら れる量)	フルチカゾンプロピオン酸エステル	
	50µg	125µg
	ホルモテロールフマル酸塩水和物	
	5µg	5µg
外観	表示：水色 	表示：ピンク色 

なお、表示が「水色」であるフルティフォーム®50 エアゾール 56 吸入用及び 120 吸入用は、小児への使用が認められています。

-
- ・添付文書（3.1 項） [2021 年 11 月改訂（第 4 版）]
 - ・インタビューフォーム（IV.1.(1)剤形の区別） [2021 年 11 月改訂（第 10 版）]
 - ・患者向医薬品ガイド [2020 年 6 月更新]