

**【質問】** 凍結した検体抽出液は使用できないですか？

**【回答】**

使用できません。

検体抽出液、テストプレート、綿棒共に、規定された保管温度(2～30℃)を超えて保存された製品は使用できません。

出典：添付文書