

先生

KYORIN

杏林製薬株式会社  
東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

Drug Information

## 「製品仕様変更」のご案内

体外診断用医薬品

インフルエンザウイルスキット

ラピッドテスト®カラーFLUスティック

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて この度、インフルエンザウイルスキット「ラピッドテスト®カラーFLUスティック[10回用]」につきまして、製品仕様を変更させていただくこととなりましたので、下記にご案内申し上げます。

つきましては、ご用命の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

## 記

## 1. 変更内容:

\* <付属品>綿棒、検体希釈液の仕様が変わります。

## 【&lt;付属品&gt;綿棒】

・綿球部分: ポリエステル製 → コットン製、軸部分: ポリプロピレン製 → ポリアセタール製  
(変更前後のイメージを次頁にてご案内させていただきます)

## 【検体希釈液】

・リン酸緩衝液 (pH 6.5) → トリス緩衝液 (pH 8.5)


## 2. 出荷開始予定等:

品名・規格	包装	JANコード (変更ございません)	製造番号(使用期限)		備考
			変更前最終	変更後初回	
ラピッドテスト®カラー FLUスティック	10回用	49-87060-00761-2	K121126S1 (2013.08)	K121277A (2014.01)	

■ 個装箱ならびに梱包箱への表示によるご案内は省略させていただきます。

■ 販売(医療機関様へのお届け)開始は、9月3日(月)を予定いたしております。

◆【<付属品>綿棒】の変更前後の詳細イメージ:



◆製品仕様変更について(その他の情報):

\* 個装箱や梱包箱への表示によるご案内は省略させていただいておりますため、以下のお知らせカードを、一定期間、個装箱に封入しご案内いたしてまいります。

お客様各位

积水メディカル株式会社

綿棒と検体希釈液を変更致しましたので、ご案内致します。

綿棒：綿球部分 ポリエステル製 → コットン製  
軸部分 ポリプロピレン製 → ポリアセタール製

検体希釈液：リン酸緩衝液 (pH6.5) → トリス緩衝液 (pH8.5)

KS3926-1

発売元：杏林製薬株式会社  
製造販売元：积水メディカル株式会社  
原産国：USA