

包装仕様変更のご案内

潰瘍性大腸炎治療剤

ペンタサ®注腸1g

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

潰瘍性大腸炎治療剤「ペンタサ®注腸1g」につきましては、平成27年2月付「容器変更のご案内」にてご案内のとおり、延長用カテーテルも新注腸容器専用の規格に変更させていただきました。

このたび、旧注腸容器用の延長用カテーテルとの識別性向上のため、延長用カテーテルの包装仕様を変更させていただくこととなりましたので、下記にご案内申し上げます。

つきましては、ご高承のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品／包装】

ペンタサ®注腸1g〔100mL×7本〕

【変更内容】

◆延長用カテーテル包装袋の印刷色を青色から緑色に変更いたします。

〔変更理由〕

- ・旧注腸容器用と新注腸容器用の延長用カテーテルに互換性はありません(内径が異なります)。
- ・延長用カテーテルの包装袋の印刷色が同じため識別が困難でした。

| 変更前 | 初回製造番号 (使用期限) | 最終製造番号 (使用期限) | 出荷状況等 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 延長用カテーテルの包装 (旧注腸容器用)  | / | K13483AA (2017.06) | 出荷終了 |
| 延長用カテーテルの包装 (新注腸容器用)  | | K14922AA (2017.07) | M10541AA (2019.01) |
| 変更後 | 初回製造番号 (使用期限) | 出荷開始予定年月 | |
| 延長用カテーテルの包装 (新注腸容器用)  | M10542AA (2019.01) | 平成28年6月下旬 | |

【出荷開始予定等】

| 製品名・規格 | 包装 | 統一商品コード | GS1 上段：販売包装単位 下段：調剤包装単位 | 変更前最終 製造番号 (使用期限) | 変更後初回 製造番号 (使用期限) | 出荷開始 予定年月 |
|------------------------|----------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ペンタサ [®] 注腸1g | 100mL×7本 | 060-00581-6 | (01)14987060005813 (01)04987060505811 | M10541AA (2019.01) | M10542AA (2019.01) | 平成28年 6月下旬 |

※延長用カテーテル本体の変更はございません。

※製品個装箱等への表示ご案内は省略させていただきます。

また、順次出荷とさせていただきます関係上、出荷開始時期は若干変動する場合がございますが、その節はご容赦賜りますようお願い申し上げます。

(GS1コード等、各種コードの変更はございません)

※患者様向けのお知らせカードを別途用意いたしておりますので、弊社担当者にお申し付け下さい。

(表)

ペンタサ[®]注腸1g


－ お知らせ －

新注腸容器専用延長用カテーテルの包装デザインが変わりました。
カテーテル本体は従来通りで変更ございません。
※ご使用の前に、使用説明書を必ずお読み下さい。

杏林製薬株式会社

(裏)

<変更前>



<変更後>※印刷色が変わりました（青色→緑色）。

