

使用説明書の記載事項変更のご案内

Drug Information

喘息治療配合剤

フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤

フルティフォーム[®] 50エアゾール56吸入用**フルティフォーム**[®] 50エアゾール120吸入用**フルティフォーム**[®] 125エアゾール56吸入用**フルティフォーム**[®] 125エアゾール120吸入用

Flutiform Aerosol

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、掲題の製品につきまして使用説明書の記載事項変更を実施させていただきますので、下記にご案内申し上げます。

つきましては、ご高承のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品〔包装〕】

- ・フルティフォーム50エアゾール56吸入用〔1個〕
- ・フルティフォーム50エアゾール120吸入用〔1個〕
- ・フルティフォーム125エアゾール56吸入用〔1個〕
- ・フルティフォーム125エアゾール120吸入用〔1個〕

【変更内容】

- ・使用説明書の記載事項を変更いたします。
- ※詳細は次頁【変更内容の詳細】をご参照下さい。

【出荷開始予定等】

品名	包装	統一商品コード (変更ございません)	GS1：販売包装単位 (変更ございません)	変更前最終 製造番号 (使用期限)	変更後初回 製造番号 (使用期限)	出荷開始 予定
フルティフォーム 50エアゾール56吸入用	1個	060007681	(01)14987060007688	25055FA (2027.05)	25067FA (2027.06)	2026年 7月
フルティフォーム 50エアゾール120吸入用	1個	060007704	(01)14987060007701	25066FA (2027.06)	25082FA (2027.07)	2026年 6月
フルティフォーム 125エアゾール56吸入用	1個	060007728	(01)14987060007725	25054FA (2027.05)	25068FA (2027.06)	2026年 7月
フルティフォーム 125エアゾール120吸入用	1個	060007742	(01)14987060007749	25051FA (2027.05)	25063FA (2027.06)	2026年 5月

※順次出荷とさせていただくため、出荷開始時期が前後する場合がございます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(次頁に続きます)

杏林製薬株式会社



この件に関する問い合わせは、弊社担当者または下記までお願い致します。
杏林製薬株式会社 くすり情報センター
電話 0120-409-341 受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・会社休日を除く)

医療関係者向けWebサイト <https://www.kyorin-pharm.co.jp/prodinfo/>

【変更内容の詳細】

■使用説明書【裏面】 ・青枠内の記載内容を変更

変更前

フルティフォーム®の吸入方法

キャップの外し方
キャップの左右を持って外します。

初めて噴霧する場合
3日以上使用しなかった場合
吸入器をよく振った後、体から離してアルミ缶を押し、**4回空噴霧**します。

赤になったら再受診
カウンターを毎日確認し、表示が黄色になりましたら、再受診して新しいお薬の準備をしてください。カウンターが[0]になったら、吸入しなさい。

※アルミ缶を押し前は、まっすぐに立てて操作してください。

吸入ステップ

- 吸入器の底に親指をあて、アルミ缶を人差し指と中指で支え、よく振ってください。アルミ缶を逆さまに持たないように注意してください。
- 吸入器をくわえる前に、軽く息を吐いてください。
- 入口を軽く前でくわえ、薬を吸いながらアルミ缶を押し、薬をゆっくり深く吸い込みます。シュッと薬液が出るまでしっかり押ししてください。
- 薬を吸い込んだ後は、吸入器を口から離し、そのまま3秒以上、息を止めてください。
- ゆっくり呼吸を吐き出します。医師に指示された回数、①～④を繰り返し返します。吸入が終わったら、キャップをつけて保管してください。
- 吸入後には、必ずうがいをしてください。

変更後

フルティフォーム®の吸入方法

キャップの外し方
キャップの左右を持って外します。

初めて噴霧する場合
3日以上使用しなかった場合
吸入器をよく振った後、体から離してアルミ缶を押し、**4回空噴霧**します。

赤になったら再受診
カウンターを毎日確認し、表示が黄色になりましたら、再受診して新しいお薬の準備をしてください。カウンターが[0]になったら、吸入しなさい。

※次回分の薬前を正しく充填するため、アルミ缶を押し、**元の位置に戻るまでまっすぐに立てて保管**してください。

吸入ステップ

- 吸入器の底に親指をあて、アルミ缶を人差し指と中指で支え、よく振ってください。アルミ缶を逆さまに持たないように注意してください。
- 吸入器をくわえる前に、軽く息を吐いてください。
- 入口を軽く前でくわえ、薬を吸いながらアルミ缶を押し、薬をゆっくり深く吸い込みます。シュッと薬液が出るまでしっかり押ししてください。用いた後はアルミ缶が逆さまでまっすぐに立てたまま保管してください。
- 薬を吸い込んだ後は、吸入器を口から離し、そのまま3秒以上、息を止めてください。
- ゆっくり呼吸を吐き出します。医師に指示された回数、①～④を繰り返し返します。吸入が終わったら、キャップをつけて保管してください。
- 吸入後には、必ずうがいをしてください。